



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Modernizace a obnova přístrojů pro kvalitní péči v MMN v Jilemnici
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 494331
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČ:	001 92 546
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Zadavatel požaduje v technické specifikaci u elektrochirurgického generátoru: komunikace s insuflátorem pro čištění operačního pole při laparoskopických výkonech. Funkce automatického odsávání mlhy a kouře ve spojení s insuflační jednotkou má za účel vyčistit a zpřehlednit operační pole při laparoskopické operativě. V současné době nabízí takto popsanou spolupráci vysokofrekvenčního generátoru s insuflační jednotkou pouze jediná firma na trhu. Zastupujeme renomovaného výrobce, který se specializuje v oblasti elektrochirurgie a stejný medicínský účel řeší jiným technickým způsobem. Námí dodávané elektrochirurgické přístroje automaticky spolupracují s odsávacími kouře vybavenými hepa filtry, které navíc čistí odsávaný plyn od škodlivých látek vznikajících při použití elektrochirurgie. Takováto řešení je nejen využitelné při laparoskopických výkonech, ale i při otevřené operativě a chrání personál před vdechnutím vznikajících škodlivin. Připustí zadavatel nabídku výše specifikovaného přístroje?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel netrvá na komunikaci s insuflátorem pro čištění operačního pole při laparoskopických výkonech. Nabízený systém však musí zajistit automatické odsávání a zpřehlednění operačního pole při elektrochirurgické manipulaci. Splnění podmínky zadání posoudí odborná komise pro hodnocení nabídek. Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací upravenou, a pro zpracování nabídky závaznou dílčí specifikaci „FORMULÁŘ 3_ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ“ pro ČÁST 3 - Zařízení pro akutní péči a operační sály. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „FORMULÁŘ 3_ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám. V předané a pro zpracování nabídky závazné příloze těchto dodatečných informací – specifikaci „FORMULÁŘ 3_ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ“ jsou pro přehlednost provedené změny označeny červeným textem.

DOTAZ 2

Zadavatel požaduje v technické specifikaci u elektrochirurgického generátoru: hybridní technologie pro preparaci tkání – současná aplikace obou energií jedním tlačítkem na nástroji. Výše popsanou hybridní technologii vyrábí na celém světě pouze jediná firma Olympus. Takto vypsané technické požadavky na elektrochirurgický přístroj znemožní účast jakékoliv jiné značky a jsou naprosto diskriminační. Připustí zadavatel nabídku jiného technologického řešení, se kterým lze dosáhnout srovnatelných výsledků při preparaci tkání nebo protnutí tkání a cév do 7 mm?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel má právo požadovat zařízení, které disponuje aktuálně nejpokročilejšími funkcemi. Zadavatel nemá informace o schopnostech všech zařízení dostupných na trhu. Zadavatel neupřednostňuje žádný typ, žádnou značku, nebo výrobce, pouze požaduje danou funkci. Hybridní technologie zkracuje délku operačního výkonu a současně i délku anestézie. Postup, který vyžaduje dílčí kroky „koagulace – koagulace – řez“ je jistě možná, ale vzhledem k organizaci a nákladnosti provozů operačních sálů zadavatel z časových i ekonomických důvodů upřednostňuje hybridní systém se současnou dvojstrannou koagulací a řezem. Z tohoto důvodu zadavatel trvá na požadavku na hybridní technologii pro preparaci tkání - současné aplikaci obou energií

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původně stanovenou lhůtu. Dodatečné informace jsou poskytnuty s jednodenním zpožděním oproti doručení žádosti a to z důvodu nemožnosti zajistit dříve kvalifikovanou odpověď. Prodloužením lhůty pro podání nabídek o celou původní lhůtu je toto prodloužení irelevantní. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **22. 12. 2014** Čas: **10:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **22. 12. 2014** Čas: **10:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha těchto dodatečných informací:

FORMULÁŘ 3_ELEKTROCHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ_20141029

V Brně dne 29. 10. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností