



Regionální  
operační program  
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## **DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

### **1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:           | <b>Modernizace a obnova přístrojů<br/>pro kvalitní péči v MMN v Jilemnici</b> |
| Evidenční číslo veřejné zakázky: | VZ 494331                                                                     |
| Identifikační údaje o zadavateli |                                                                               |
| Název:                           | <b>Masarykova městská nemocnice v Jilemnici</b>                               |
| Sídlo:                           | Metyšova 465, 514 01 Jilemnice                                                |
| IČ:                              | 001 92 546                                                                    |
| Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na dodávky                                                    |
| Forma zadávacího řízení:         | Otevřené řízení                                                               |
| Limit veřejné zakázky:           | Nadlimitní                                                                    |

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

#### **DOTAZ 1**

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci (ZD) část 1, **přístroj RTG skiagrafický**, samostatný digitální plochý bezdrátový detektor pro stůl s aktivní plochou 43 x 43cm.

Námi nabízený přístroj je vybaven citlivým detektorem s aktivní plochou 42,6 x 41,5 cm. Tato plocha s velkou rezervou umožňuje snímkování plic a nedochází k omezení snímkové části pacienta, vzhledem k tomu, že je běžně používaný formát kazet u vertigrafu velikosti 35 x 43cm.

Připouští zadavatel možnost detektoru s aktivní plochou 42,6 x 41,5cm, která je v 4% toleranci, pokud přístroj prokazatelně splňuje medicínský účel využití, diagnostické požadavky zadavatele a patří mezi světovou špičku v zobrazování?

#### **ODPOVĚĎ 1**

Ano, zadavatel připouští možnost detektoru s aktivní plochou 42,6x41,5cm. Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací upravenou, a pro zpracování nabídky závaznou dílčí specifikaci „FORMULÁŘ 1\_PŘÍSTROJ RTG SKIAGRAFICKÝ“ pro ČÁST 1 - Zobrazovací a monitorovací technika. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „FORMULÁŘ 1\_PŘÍSTROJ RTG SKIAGRAFICKÝ“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

## DOTAZ 2

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci (ZD) část 1, **pojízdny RTG přístroj** s rozsahem vzdálenosti ohnisko – podlaha v rozsahu minimálně 500-2000mm.

Námi nabízený přístroj disponuje rozsahem 600-2010mm. Pro snímkování pacientů na mobilním přístroji je důležitý parametr nastavení pouze maximální výška ohniska od podlahy (2000mm). Tato vzdálenost je důležitá pro dodržení správné vzdálenosti rentgenky např. snímkování plic u pacienta na lůžku.

Připouští zadavatel přístroj s rozsahem ohnisko – podlaha 600-2010mm v případě, že přístroj prokazatelně splňuje medicínský účel využití a diagnostické požadavky zadavatele? (Přístroj s daným rozsahem je standardně používán na mnoha jiných pracovištích např. ve fakultních nemocnicích bez jakéhokoliv omezení využití.)

## ODPOVĚĎ 2

Ano, zadavatel připouští přístroj s rozsahem vzdálenosti ohnisko – podlaha v rozsahu 600 – 2010 mm. Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací upravenou, a pro zpracování nabídky závaznou dílčí specifikaci „FORMULÁŘ 1\_POJÍZDNÝ RTG PŘÍSTROJ“ pro ČÁST 1 - Zobrazovací a monitorovací technika. Zadavatel žádá všechny uchazeče, aby pro zpracování své nabídky použili specifikaci „FORMULÁŘ 1\_POJÍZDNÝ RTG PŘÍSTROJ“, poskytnutou v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

## DODATEČNÁ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací provedl i další dílčí změny několika parametrů u přístroje RTG skiagrafického (ČÁST 1 - Zobrazovací a monitorovací technika). Zadavatel předkládá uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací upravenou, a pro zpracování nabídky závaznou dílčí specifikaci „FORMULÁŘ 1\_PŘÍSTROJ RTG SKIAGRAFICKÝ“ pro ČÁST 1 - Zobrazovací a monitorovací technika.

V předaných a pro zpracování nabídky závazných přílohách těchto dodatečných informací – dílčích specifikacích „FORMULÁŘ 1\_PŘÍSTROJ RTG SKIAGRAFICKÝ“ a „FORMULÁŘ 1\_POJÍZDNÝ RTG PŘÍSTROJ“ jsou pro přehlednost veškeré provedené změny označeny červeným textem.

## DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:

Datum: **29. 12. 2014** Čas: **10:00 hodin**

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:

Datum: **29. 12. 2014** Čas: **10:01 hodin**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Příloha těchto dodatečných informací:

FORMULÁŘ 1\_PŘÍSTROJ RTG SKIAGRAFICKÝ\_20141103

FORMULÁŘ 1\_POJÍZDNÝ RTG PŘÍSTROJ\_20141103

V Brně dne 03. 11. 2014

Ing. Aleš Houserek  
RTS, a.s., organizace pověřená  
výkonem zadavatelských činností