

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Modernizace a obnova přístrojů pro kvalitní péči v MMN v Jilemnici
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 494331
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Masarykova městská nemocnice v Jilemnici
Sídlo:	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
IČ:	001 92 546
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

V zadávací dokumentaci VZ "Modernizace a obnova přístrojů pro kvalitní péči v MMN v Jilemnici" je v části 3 - Elektrická odsávačka pro hrudní drenáž, uvedena hlučnost odsávačky "maximálně 40dB". Bude zadavatel akceptovat nabídku odsávačky s hlučností 45dB?

Rozumíme níže uvedeným technickým parametrům, které upřesňují toleranci 10%, a na hodnotu hlučnosti se tolerance nevztahuje, ale i přes tyto fakta zasíláme výše uvedený dotaz, protože tyto odsávačky běžně dodáváme na oddělení provádějící hrudní drenáže a rozdíl ve hlučnosti vyšší o 5dB nám připadá zanedbatelný.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na parametru hlučnosti u odsávačky pro hrudní drenáž max. 40 dB, zejména z důvodu používání u pacientů na oddělení i v nočních hodinách.

Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 07. 11. 2014

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností