

1. Obecné zadání:

Operační víceúčelový stůl

Předmětem poptávky je operační stůl víceúčelový. Velký důraz je kladen především na vysokou variabilitu stolu z důvodu provádění velkého množství rozličných výkonů. U většiny prováděných výkonů je potřeba pacienta zafixovat do nepřírodních poloh, které vyžadují polohování pracovní desky v různých směrech a možnosti záměny jednotlivých segmentů za přídatné příslušenství.

Umístění: Chirurgický zákrokový sál

2. Základní technické požadavky:

Zákrokový stůl mobilní

- s pevnou operační deskou,
- s elektrickým polohováním (nahoru - dolu, Trendelenburg - anti-Trendelenburg, laterální náklony, zádová sekce,) ostatní polohování stolu mechanicky, výškově stavitelný v rozsahu cca 600 až 950 mm;
- ovládání všech funkcí ručním ovladačem;
- elektronika s pamětí tří poloh pracovní plochy;
- po délce stolu EUROlišty pro upevnění příslušenství;
- držák ruky pro infuzi; držák infuze;
- držák anestetické roušky;
- upínací popruh;
- záložní akumulátor pro nouzový provoz;
- kola s centrální brzdou;
- polstrování operačního stolu musí být snadno odnímatelné a umožňovat tak snadnou údržbu a hygienu;
- nosnost min. 200 kg