

Technická specifikace: Komplexní vyšetřovací pracoviště ORL - 2 ks

1. Obecné zadání:

ORL jednotka se všemi základními technickými funkcemi

2. Technická specifikace

- vysoká kvalita elektrolyticky pozinkovaného ocelové konstrukce,
- extrémní trvanlivost nalakování;
- pohyblivý na 4 kolečkách;
- elektronická funkční část s fóliovou klávesnicí, digitálním teplotním displejem a 2 manometry (stlačený vzduch a vakuum);
- rameno držáku pro rukojeť s tlakovou vodou, rukojeť stlačeného vzduchu, odsávací hadice;
- dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením;
- transparentní akrylový kryt, při otevření zasunutý za jednotkou;
- odpadkový koš, otevírání nožním pedálem, nízký hluk (možnost elektrického zavírání);
- 2 mělké a 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce,
- vrchní zásuvka jako psací deska;
- tácky různých velikostí na nástroje;
- vestavěný ohřev zrcátek;
- zabudovaný zásobník na vatové polštářky nebo ústní čtverečky
- 4 držáky na endoskopy s předehřevem 3 endoskopické toulce na desinfekci, vyměnitelné 37°C teplou vodou proplachovací systém,
- ohřívač s automatickým dekontaminačním přístrojem a antibakteriální filtr;
- odsávací jednotka - tichý chod, sací výkon 40 l/min., podtlak 0-0,8 bar. automatické vyprazdňování nádoby se sekretem; systém stlačeného vzduchu s bezolejovým, nízko hlučným kompresorem, hadicový desinfekční proplachovací systém;
- 4 x integrované zdroje studeného světla 4 x 150 W;
- držák čelního světla s automatickým zapínáním/vypínáním;
- 1 ušní proplachovací miska hadice pro přívod vody (do 1,50 m) s magnetickým aquastop-ventilem nádoba na použité nástroje;
- čelová lampa s regulátorem intenzity světla; regulátor sacího výkonu;
- Mikroskop: kvalitní vyšetřovací mikroskop pro ORL, 5-ti krokové zvětšení, integrovaný žlutý a zelený filtr, volitelný objektiv s pracovní vzdáleností 200-400 mm, přímý binokulární tubus, 2 magnetické širokoúhlé okuláry 10x s dioptrickou korekcí připojení kamerové jednotky pomocí okuláru, pohyblivé rameno mikroskopu;
- Optiky pro výkony v ORL 1,9 mm, 2,7 mm a 4 mm;
- Světlovodný kabel 2 ks;

Doklad o splnění ohlašovací povinnosti podle § 26 Zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích

ES prohlášení o shodě

