

Parní autokláv s funkcí vakua a integrovaným generátorem páry.

Základní požadavky

- Objem sterilizační komory min. 80 litrů
- víko i komora z nerezové oceli
- min. vnitřní rozměry komory ($\varnothing$ x V) 41 x 60 cm
- kapacita min. 30 kg nástrojů
- funkce vakua a frakčního prevakua s automatickým přehřátím komory pro redukci kondenzátu v komoře
- integrovaná vývěva v těle přístroje
- generátor páry mimo sterilizační komoru, integrovaný v přístroji
- integrovaný zásobník na čistou vodu s možností napojení na rozvod vody s min. objemem 30 l
- funkce automatického čištění pro ochranu parního generátoru při každém cyklu
- možnost doplnění o elektricky poháněný jeřáb pro manipulaci s nákládkou
- max. základna přístroje 60 x 75 cm
- napájení 400V, 50 Hz

Řídící jednotka

- PID řídicí jednotka
- min. 20 uživatelských programů a z toho alespoň 10 programů s ochranou kódem
- další 2 programy
 - Bowie Dick Test
 - Vacuum Test
- vizuální a zvukové alarmy
- záznam dat z posledních cyklů
- datový výstup RS-485

Bezpečnost

- izolované nerezové víko s blokadou proti otevření, když je komora pod tlakem nebo vysokou teplotou
- elektronický zámek víka komory
- bezp. tlakový ventil zabráňující přetlakování nádoby
- bezp. tlakový spínač
- přístroj musí vyhovovat normám:
 - 97/23/EU o Tlakových nádobách
 - DIN 58950 – Parní sterilizátory pro farmaceutické použití
 - DIN 58951 – Parní sterilizátory pro použití v laboratořích

Součástí dodávky

- Uživatelský návod v českém jazyce
- ES prohlášení o shodě
- instalace a zaškolení obsluhy