

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zadávací dokumentace“ a „Zákon“), k veřejné zakázce

Zdravotnické přístroje a vybavení

(dále jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel

Název: Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7

Sídlo: Strossmayerovo náměstí 1477/6, Praha-Holešovice, 17000

IČO: 44797362

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: PhDr. Josef Dušek, ředitel

tel.: +420 777 772 483

e-mail: reditel@saz7.cz

Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Marek Šrámek, smluvní zástupce zadavatele

tel.: +420 606 475 052

e-mail: mareksramek@centrum.cz

obdržel dne 9. 11. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Níže zadavatel uvádí text žádosti s připojeným textem poskytnutého vysvětlení:

Zadavatel v technické specifikaci operačního stolu mj. požaduje, aby byl stůl výškově stavitelný v rozsahu cca 600 až 950 mm. Jako vážný zájemce o získání této části veřejné zakázky, bychom rádi nabídli mobilní operační stůl, který plně odpovídá požadavkům zadavatele a některé požadavky svou kvalitou a provedením převyšuje. Například umožňuje použití elektromotorů i pro polohování dalších částí stolu, než ty, které požaduje zadavatel, což považujeme za lepší technické řešení. Tento typ stolu disponuje rozsahem výškové stavitelnosti v rozsahu 770 – 1070 mm. Tento rozsah je dle našich zkušeností dostatečný pro veškeré zákroky, které se na chirurgických zákrokových sálech provádějí, a plně tedy reflektuje medicínský účel použití. Horní hodnota - 1070 mm převyšuje požadavek zadavatele a u spodní hranice zadavatel ve svém požadavku uvádí cca 600 mm. Z formulace “cca” je zřejmé, že hodnota spodní hranice výškové stavitelnosti není pro zadavatele úplně zásadní a mohl by mu námi nabízený operační stůl vyhovovat.

Bude zadavatel akceptovat nabízený operační stůl, který disponuje rozsahem výškové stavitelnosti v rozsahu 770 – 1070 mm?

Odpověď:

Zadavatel na základě žádosti mění zadávací podmínky následujícím způsobem:

V příloze č. 3 ZD technická specifikace Operační stůl v bodě 2 Základní technická specifikace odrážka druhá se slova „...výškově stavitelný v rozsahu cca 600 až 950 mm...“ mění na „...výškově stavitelný v rozsahu cca 770 až 950 mm...“.

Protože zadavatel považuje výše uvedenou úpravu za podstatnou změnu zadávacích podmínek, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 12. 2017 do 10 hod.

Vzhledem k systému Formuláře F14 ve Věstníku veřejných zakázek, který technicky neumožňuje prodloužit lhůtu pro podání nabídek pouze u dotčené části 3 veřejné zakázky Operační stůl, **se prodloužení lhůty pro podání nabídek týká celé veřejné zakázky (všech jejích částí). Otevírání obálek je stanoveno na 20. 12. 2017 v 10:00 hod.**

V Praze dne 14. 11. 2017



PhDr. Josef Dušek

ředitel

Sdružené ambulantní zařízení v Praze
Strossmayerovo nám. 6, Praha 7
statutární zástupce
IČ: 44797362 tel.: 270 005 539